

深圳市龙岗区第二职业技术学校

眼视光与配镜专业实训课耗材和实训室设备购买项目

一、项目信息

- 1、招标项目名称:2025 年龙岗二职眼视光与配镜专业实训课耗材和实训室设备购买项目
- 2、采购预算金额:金额控制在人民币拾肆万玖仟元整 (¥149000.00) 以内。
- 3、评标方法:综合评分法。
- 4、采购单位:深圳市龙岗区第二职业技术学校
- 5、报名及资料报送截止时间:2025 年 4 月 24 日 10:00
- 6、开标时间:2025 年 4 月 24 日 10:30
- 7、开标地点:深圳市龙岗区第二职业技术学校 824 室
- 8、经办人姓名及其联系方式:罗老师 0755-89383039
- 9、评标结果在学校网上公示三天,无异议后,学校发“中标通知书”。

二、投标人要求 (必须同时满足以下条件)

1. 投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,具有相关经营范围和承担民事责任能力,须提供营业执照副本复印件(因新版营业执照未体现营业范围,如已更换新版营业执照,投标人须提供商事主体临时信用信息平台 <http://www.szcredit.com.cn/> 中相关备案情况截图)并加盖投标法人公章;

2. 本项目不接受联合体投标,不允许转包、分包。

3. 报名供应商必须具有独立法人资格或为非法人组织(独立法人提供营业执照扫描件;非法人组织则提供主管部门颁发或批准成立的证书或其他证明文件扫描件。);

4. 报名供应商必须提供法定代表人身份证明;

5、必须通过 3 种渠道提供经营范围等信息查询截图

(1) 信用中国 <https://www.creditchina.gov.cn/>; (2) 中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn/> (3) 深圳市政府采购监管网 <http://zfcg.sz.gov.cn/> 经营范围截图 和诚信承诺声明函原件加盖公章查询截图,查询截图,须包含以下信息:信息概览、行政处罚、黑名单等,加盖投标人公章;

6. 报名供应商必须提供近三年(成立不足三年的可从成立之日起算)无重大违法犯罪及不良信用记录,无行贿犯罪记录,且不处于被禁止参与政府采购活动期限内,需提供书面声明函并加盖投标人公章(格式自拟)。

7. 以上资料投递投标文件时提供。

三、投标文件资料清单 (提交的所有文件必须盖法人公章)

- 1、供应商资质证明文件;
- 2、供应商法定代表人身份证明;

3、必须通过 3 种渠道提供经营范围等信息查询截图（1）信用中国 <https://www.creditchina.gov.cn/>；（2）中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn/>（3）深圳市政府采购监管网 <http://zfcg.sz.gov.cn/> 经营范围截图和诚信承诺声明函原件加盖公章查询截图，须包含以下信息：信息概览、行政处罚、黑名单等，加盖投标人公章；

4、投标资料和投标报价表（必须完全按评分细则表的内容和顺序进行投标与报价，报价缺项视为无效报价；报价金额须在采购预算价格内，超出视为无效报价）；

5、投标资料要求（密封文件封面需注明联系人和联系电话）：

（1）密封报价文件一式 5 份。一正 4 副（投标报价表应装在密封文件袋，文件袋需贴密封条并盖骑缝章，注明投标的项目名称）；

（2）其他投标文件资料均需密封，供应商交资料时将进行资格性审查；

（3）法人本人提交投标文件的，验身份证原件即可，非公司法人提交密封投标文件的，需提供法人授权委托书；该委托书只负责本项目的投标文件的报送事宜，法人对投标文件内容应予以承认；代理其它事宜应另附法人授权委托书。

（4）所有资料均需密封在一个密封文件袋中，并在采购使用单位要求的截止时间前，将密封报价文件送达指定地点（深圳市龙岗区园山街道横坪路 269 号 807 室，罗老师，联系电话：0755- 89383039）


四、商务要求

序号	目录	采购商务要求
（一）保质期内售后服务要求		
1	质保期	设备质保 3 年或以上，耗材质保 1 年或以上。
2	质保响应及问题解决时间	在保质期内，一旦发生质量问题，响应供应商保证在接到通知 2 小时内赶到现场进行处理或更换。
3	其它	响应供应商就应按其投标文件中的承诺，进行其它售后服务工作，提供 7*24 小时售后服务；承诺能够提供节假日和连夜加班，完成紧急突击任务。
（二）其他商务要求		
1	关于交货	1.1 签订合同后 7 天内完成交付。
2	关于验收	2.1 响应中标供应商经过双方检验认可合格后，签署验收报告，保修期自验收合格之日起算，由响应供应商提供产品保修文件。

		2.2 当满足以下条件时，采购人才向中标供应商签发货物验收报告： a、中标供应商已按照合同规定提供了全部产品并完成安装或施工。 b、施工货物符合采购文件技术规格书的技术参数要求，性能满足要求。
		2.3 按照采购方要求进行施工和设备安装。
3	违约责任	3.1 如中标的供应商未按照投标文件中承诺的时间交货或完成施工，中标的供应商应承担供货延期和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失，采购人有权终止合同。 3.2 中标供应商所交施工物资的品种、型号、规格、质量、功能等方面不能实质性满足采购文件要求的，采购人有权拒绝收货，中标的供应商向采购人偿付项目总金额【15】%的违约金。 3.3 中标施工商不能交付产品的，中标施工商向采购人偿付项目采购金额【15】%的违约金。 3.4 中标施工商逾期完工的，每逾期1天，中标供应商向采购方偿付施工总额的【2】%的滞纳金。如中标供应商逾期达30天，采购人有权解除合同。 3.5 中标供应商在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（采购人解除合同的除外）。采购人未能及时追究中标供应商的任何一项违约责任并不表明采购人放弃追究中标供应商该项勤苦其它违约责任。 中标供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
4	其它	1、中标供应商需与学校签定售后服务协议，与合同具有同等效力。 2、中标本供应商数量1家，有效投标供应商数量3家，候选中标供应商数量为3家。
5	备注	
五、采购要求（具体清单详见附表）		

深圳市龙岗区第二职业技术学校

2025年4月21日



附件 1：参数及要求

序号	产品名称	材质、需求、样式、规格	数量	单位
1	电脑验光曲率仪	▲1. 球镜度: $-20.00D \sim +20.00 D$ ▲2. 柱镜度: $0D \sim 6D$ ▲3. 轴向(位)A $0 \sim 180^\circ$ ▲4. 角膜直径: $2.0 \sim 12.0mm$ ▲5. 顶点距: $0mm, 12mm, 13.75mm$ ▲6. 最小瞳孔直径: $2.2mm$ ▲7. PD 瞳距: $45 \sim 85mm$ 8. 曲率半径: $6.5 \sim 9.5mm$ 9. 主子午线轴位: $0^\circ - 180^\circ$ ▲10. 角膜屈光度: $35.00D \sim 52.00D$	2	台
2	全自动焦度计	▲1. 测量范围精度: 正负 5D 之间, ± 0.06 ; 正负 5D-10D 之间, ± 0.09 ; 正负 10D-15D ± 0.12 ; 正负 15D-20D ± 0.18 ; 正负 20D-25D ± 0.25 ; ▲2. 柱镜: $0-10D$ (读数精度 $0.01D/0.06D/0.12D/0.25D$) ▲3. 柱镜轴位: $0-180$ (读数精度 1°) ▲4. ADD: $0-10D$ (读数精 $0.01D/0.06D/0.12D/0.25D$) ▲5. 棱镜: $0-15 (cm/m)$ (读数精度 $0.01 cm/m$) ▲6. 测量范围精度: $>0, <5, 0.15; 5-15, 0.2$ ▲7. 柱镜表示模式: $+, +/-, -$ ▲8. 棱镜表示模式: X-Y: 直角坐标标示法 P-B: 360 标示法 ▲9. 读数分辨率: $0.01D/0.06D/0.12D/0.25D$ 10. 瞳距测量功能, ▲11. 可测单光, 双光, 三光, 渐进多焦光; 12. 测量多种镜片紫外线透过率功能 13. 隐形镜片测量功能 ▲14. 可测镜片的透射比: $>10\%$; 在度数超过 $\pm 10D$ 时镜片的透射比要求 $>20\%$ ▲15. 隐形镜片: 0 到 $\pm 25D$, BC6.00-9.00 16. 显示: 彩色液晶显示屏 17. 菜单: 中英文切换, 简单易操作适用镜片直径: $20mm-100mm$	4	台
3	检影镜	▲带状光, 直流电检影镜 光线可调成集合、发散、平行三种方式 ▲灯泡亮度 S (强)、W (弱) 两档可调 ▲光带宽度 $3-20mm$; ▲光带可旋转 360 度, 定位可靠, 光带亮度强弱适中; 自动挂断功能, 延长灯泡寿命 输入电源: $220V, 50Hz, 4.5VA$	16	套

4	综合验光仪 投影	▲投影距离：1.5m-6.0m 视标数量：30个 投影灯 LED, 3W/3.2V 遮罩数量：全敞开1个、水平方向5个、垂直方向8个、独立21个、红绿1个 投影仪视力表：中国标准对数视力表，数字视力表，兰德环，儿童视力表等	2	套
5	加膜镜片	1. 直径>68mm; 2. 加绿膜或抗污膜; 3. 复性近视散光、复性远视散光：球镜+1.00DS--3.50 DS; 柱镜+0.50DC—2.00DC 球镜范围：-1.50~-5.50 联合散光：-0.75~-1.50; 4. 混合散光镜片：球镜1.00DS--3.50 DS; 柱镜0.50DC—2.00DC; 5. 散光度数均匀分布，三种散光数量平均分配; 6. 球镜：+3.25-+4.50 无散光各5副	600	副
6	眼镜布	吸水性能好，竹纤维	10	盒
7	瞳距尺	软尺用于眼镜加工	50	把
8	模拟眼	可装3片镜片，镜筒可伸拉，屈光度改变±4.00D，瞳孔可大、中、小，3-7mm三挡变化。	44	个
9	带状光检影 镜灯泡	无线检影镜配套专用灯泡，3.0V	100	个
10	日抛隐形眼镜	30片装，含水量59%以上，直径14.2mm，度数由低到高搭配发货	100	盒
11	螺丝	鼻托螺丝、镜腿螺丝、镜架铰链螺丝、无框眼镜螺丝	1	套
12	硅胶气垫鼻托	塑料鼻托	100	副
13	眼镜耳钩	勾状50副+圆形50副	100	副
14	全框钛架眼镜	钛/钛合金男士方框、女士偏椭圆（镜圈参考大小54-18）	50	副
15	全框金属眼镜	金属合金框，男士方框、女士椭圆（镜圈参考大小54-18）	100	副
16	镜片模板	制作眼镜用模板；65mm*55mm	10	盒
17	眼镜开槽机 皮带	用于半框眼镜开槽机	30	个
18	断头螺丝取出器	实心底针、空心底针、扳手能取出眼镜框的断头螺丝	2	台

19	维修工具套装	老虎钳、活动扳手、3米卷尺、尖嘴钳、美工刀、羊角锤、弹性延长杆、塑料膨胀螺栓和螺丝至少60对、木工钻头(5/6/8mm)、石工钻头(5/6/8mm)、手工锯、备用锯条至少3种、棘轮螺丝批旋柄、批头至少18种、套筒及转接头x6、L型六角扳手(1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm)	2	套
20	记时器	时钟功能、正计时、倒计时功能	6	个
21	手工磨边机	CP-7A-35WV型;100W功率;砂轮参数:宽度35mm 右边粗磨16mm 左边细磨19mm 带V槽;可磨材料:树脂、玻璃、PC、石头、刀具等;	15	台
22	数据显示瞳距测量仪	能测量单眼和双眼瞳距,有测试显示窗;遮盖板旋钮;视距调节旋钮;	8	台
23	投影仪灯泡	能匹配投影仪使用	2	个
24	黑色记号笔	防水不掉色	20	支
25	验光仪投影板	能清晰投影出检测视力的各类型视标	5	块
26	遥控器	匹配投影同品牌遥控器,满足验光投影视标切换	5	个
27	移动钢化玻璃白板	钢化玻璃;可移动款;90*120mm;	2	个

附件 2：报价表

序号	项目	数量	单位	单价	总价
1	电脑验光曲率仪	2	台		
2	全自动焦度计	4	台		
3	检影镜	16	套		
4	综合验光仪投影	2	套		
5	加膜镜片	600	副		
6	眼镜布	10	盒		
7	瞳距尺	50	把		
8	模拟眼	44	个		
9	带状光检影镜灯泡	100	个		
10	日抛隐形眼镜	100	盒		
11	螺丝	1	套		
12	硅胶气垫鼻托	100	副		
13	眼镜耳钩	100	副		
14	全框钛架眼镜	50	副		
15	全框金属眼镜	100	副		

16	镜片模板	10	盒		
17	眼镜开槽机皮带	30	个		
18	断头螺丝取出器	2	台		
19	维修工具套装	2	套		
20	记时器	6	个		
21	手工磨边机	15	台		
22	数据显示瞳距测量仪	8	台		
23	投影仪灯泡	2	个		
24	黑色记号笔	20	支		
25	验光仪投影板	5	块		
26	遥控器	5	个		
27	移动钢化玻璃白板	2	个		
总价	人民币（小写）： 人民币（大写）：				

备注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件，视为废标。
3. 报价表需要加盖公章，未加盖公章视为废标。

附件 3：技术规格偏离表

序号	货物名称	招标规格技术要求	技术规格投标响应	偏离情况	说明
1					
2					
3					
...					
...					

备注：

1. “招标技术要求”一栏应填写采购文件“技术要求”的内容；
2. “投标技术响应”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，并应对照招标技术要求一一对应响应；
3. “偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标人在本表中没有填写或没有作出响应的，或偏离表虽有填写，但与投标文件其他部分内容描述存在不一致，导致评标委员会无法判断其是否满足招标要求的，视为投标人该项未响应，按负偏离扣分处理。

投 标 人 名 称 （ 单 位 盖 公 章 ）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：_____职务：_____日期

附件 4：评分细则

序号	评分因素及权值	分值	评分标准	得分			
1	投标报价 (30 分)	30 分	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100%				
2	技术部分 (45 分)	技术参数 (30 分)	投标人根据招标技术规格要求偏离表应如实填写，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，全部满足的得满分，▲参数每负偏离一项扣 1 分”，非▲参数每负偏离一项扣 0.5 分，扣完为止。				
		实施方案 (10 分)	根据各供应商针对本项目提供的各项详细项目实施方案（包括项目实施方案、项目验收、培训计划等）的可行性、细致程度、具体程度等进行评审： 1. 整体方案内容全面性； 2. 整体方案内容具体性； 3. 整体方案科学合理性； 4. 整体方案内容针对性强； 5. 整体方案内容可操作性强； 评分标准：满足以上要求的评价为优，得 10 分，评价为良，得 7 分，其他得 4 分，评价得差不得分。				
		质量保证措施 (5 分)	投标人提供的项目质量保障措施的可操作性、操作性、全面性、专家横向比较。优得 5 分，良得 3 分，其他得 2 分，差得 0 分。				
3	商务部分 (25 分)	售后服务方案 (5 分)	根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于：1. 售后服务计划、2. 服务承诺）进行综合评审：方案完整、科学、可行性高、针对性强，优得 5 分，良得 3 分，差得 0 分。				
		履约评价情况 (5 分)	（一）评分内容： 2022 年 1 月 1 日至本项目响应截止日前，响应供应商提供经服务单位考核评价为优或满意的同类项目业绩履约评价，每提供 1 项得 1 分，本项最高得 5 分。 （二）评分依据： 提供以上项目合同关键页及盖有用户单位公章的履约评价扫描件，原件备查。 未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分				

		企业诚信 (5分)	1. 评审内容: 根据深圳市财政委员会政府采购诚信管理相关规定, 对投标人被记录诚信档案的情况进行评审; (对于受过行政处罚供应商, 行政处罚期满后, 可参与政府采购活动, 其诚信分不再扣减。) 存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的, 本项不得分, 否则得满分。 2. 证明文件: 须提供《诚信承诺函》, 如若投标人承诺与实际情况不相符, 将按照虚假投标的情况报相关主管部门处理。				
		同类业绩 (10分)	投标人提供 2022 年 1 月 1 日至本项目响应截止日前同类成功案例, 提供相关合同复印件, 每个合同得 2 分, 最高得 10 分。				
	合计	100					