

深圳市龙岗区第二职业技术学校

眼视光校中企眼镜门店验光设备项目招标公告

一、项目信息

- 1、招标项目名称:深圳龙岗二职眼视光校中企眼镜门店验光设备项目
- 2、采购预算金额:金额控制在人民币 拾壹万元 (¥ 110000) 以内。
- 3、评标方法:综合评分法。
- 4、采购单位:深圳市龙岗区第二职业技术学校
- 5、报名及资料报送截止时间: 2023 年 10 月 23 日 11: 00
- 6、开标时间: 2023 年 10 月 23 日 14: 40
- 7、开标地点: 深圳市龙岗区第二职业技术学校 824 室
- 8、经办人姓名及其联系方式: 罗老师 0755-89383039
- 9、评标结果在学校网上公示三天, 无异议后, 学校发“中标通知书”。

二、投标人要求 (必须同时满足以下条件)

1. 投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定, 具有相关经营范围和承担民事责任能力, 须提供营业执照副本复印件(因新版营业执照未体现经营范围, 如已更换新版营业执照, 投标人须提供商事主体临时信用信息平台 <http://www.szcredit.com.cn/> 中相关备案情况截图)并加盖投标法人公章;

2. 本项目不接受联合体投标, 不允许转包、分包。

3. 报名供应商必须具有独立法人资格或为非法人组织 (独立法人提供营业执照扫描件; 非法人组织则提供主管部门颁发或批准成立的证书或其他证明文件扫描件。);

4. 报名供应商必须提供法定代表人身份证明;

3、必须通过 3 种渠道提供经营范围等信息查询截图 (1) 信用中国 <https://www.creditchina.gov.cn/> ; (2) 中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn/> (3) 深圳市政府采购监管网 <http://zfcg.sz.gov.cn/> 经营范围截图 和诚信承诺声明函原件加盖公章查询截图, 查询截图, 须包含以下信息: 信息概览、行政处罚、黑名单等, 加盖投标人公章;

5. 报名供应商必须提供近三年 (成立不足三年的可从成立之日起算) 无重大违法犯罪及不良信用记录, 无行贿犯罪记录, 且不处于被禁止参与政府采购活动期限内, 需提供书面声明函并加盖投标人公章 (格式自拟)。

6. 以上资料投递投标文件时提供。

三、投标文件资料清单 (提交的所有文件必须盖法人公章)

- 1、供应商资质证明文件;
- 2、供应商法定代表人身份证明;

3、必须通过 3 种渠道提供经营范围等信息查询截图（1）信用中国 https://www.creditchina.gov.cn/ ； （2）中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/（3）深圳市政府采购监管网 http://zfcg.sz.gov.cn/经营范围截图 和诚信承诺声明函原件加盖公章查询截图，须包含以下信息：信息概览、行政处罚、黑名单等，加盖投标人公章； 4、投标资料和投标报价表（必须完全按评分细则表的内容和顺序进行投标与报价，报价缺项视为无效报价；报价金额须在采购预算价格内，超出视为无效报价）； 5、投标资料要求（密封文件封面需注明联系人和联系电话）： （1）密封报价文件一式 5 份。一正 4 副（投标报价表应装在密封文件袋，文件袋需贴密封条并盖骑缝章，注明投标的项目名称）； （2）其他投标文件资料均需密封，供应商交资料时将进行资格性审查； （3）法人本人提交投标文件的，验身份证原件即可，非公司法人提交密封投标文件的，需提供法人授权委托书；该委托书只负责本项目的投标文件的报送事宜，法人对投标文件内容应予以承认；代理其它事宜应另附法人授权委托书。 （4）所有资料均需密封在一个密封文件袋中，并在采购使用单位要求的截止时间前，将密封报价文件送达指定地点（深圳市龙岗区园山街道横坪路 269 号 807 室，罗老师，联系电话：0755- 89383039）

四、商务要求

序号	目录	采购商务要求
(一) 保质期内售后服务要求		
1	质保期	质保 3 年
2	质保响应及问题解决时间	在保质期内，一旦发生生质量问题，响应供应商保证在接到通知 24 小时内赶到现场进行处理或更换。
3	其它	响应供应商就应按其投标文件中的承诺，进行其它售后服务工作。
(二) 其他商务要求		
1	关于交货	1.1 签订合同后 30 天内完成交付
2	关于验收	2.1 响应施工商经过双方检验认可合格后，签署验收报告，保修期自验收合格之日起算，由响应供应商提供产品保修文件。 2.2 当满足以下条件时，采购人才向中标供应商签发货物验收报告： a、中标供应商已按照合同规定提供了全部产品并完成施工 b、施工货物符合采购文件技术规格书的要求，性能满足要求。

		2.3 按照采购方要求进行施工。
3	违约责任	3.1 如中标的供应商未按照投标文件中承诺的时间交货或完成施工，中标的供应商应承担供货延期和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失，采购人有权终止合同。 3.2 中标供应商所交施工物资的品种、型号、规格、质量、功能等方面不能实质性满足采购文件要求的，采购人有权拒绝收货，中标的供应商向采购人偿付项目总金额【15】%的违约金。 3.3 中标施工商不能交付产品的，中标施工商向采购人偿付项目采购金额【15】%的违约金。 3.4 中标施工商逾期完工的，每逾期1天，中标供应商向采购方偿付施工总额的【2】%的滞纳金。如中标供应商逾期达30天，采购人有权解除合同。 3.5 中标供应商在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（采购人解除合同的除外）。采购人未能及时追究中标供应商的任何一项违约责任并不表明采购人放弃追究中标供应商该项勤苦其它违约责任。 中标供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
4	其它	1、中标供应商需与学校签定售后服务协议，与合同具有同等效力。 2、中标本供应商数量1家，有效投标供应商数量家，候选中标供应商数量为3家。
5	备注	采购的办公桌椅不得超过政府的指导价
五、采购要求（具体清单详见附表）		

深圳市龙岗区第二职业技术学校

2023年10月18日



附件 1：采购需求（采购数量规格和款式）

序号	项目	数量	规格及技术参数
1	自动电脑验光曲率仪	1 套	1. 测量模式： ▲ (1) R&K 模式 测量屈光度和角膜曲率 (2) REF 模式 测量屈光度 ▲ (3) KRT 模式 测量角膜曲率 2. 屈光测量： ▲ 顶点距 (VD) 0mm、12.0mm、13.75mm、15.00mm ▲ 球镜度测量范围 -25.00D ~ +25.00D ▲ 柱镜度测量范围 -1.0D ~ +1.0D 轴位测量范围 0° ~ 180° 瞳距测量范围 10mm ~ 85mm ▲ 最小测量瞳孔直径 $\Phi 2.0\text{mm}$ ▲ 3. 角膜测量： 曲率半径测量范围 5mm ~ 10mm 角膜散光轴位 0° ~ 180° 角膜直径 2.0mm ~ 12.0mm 4. 产品规格：显示器触摸液晶显示屏 ▲ 5. 内置打印机，自动打印切纸，热敏打印 6. 电源参数 AC100-240V; 50-60HZ 30-70VA 7. 光路设计：双光路、旋转棱镜技术运用 8. 数据传输方式 USB (输入) RS-232C (输出) LAN (输出) ▲ 9. 操作方式： 自动追踪 (上下左右)、自动对焦 (前后)、自动测量、自动转换左右眼
2	全自动综合验光仪系统	1 套	一、验光台： ▲ 1. 台面可 90° 打开进出更方便 2. 摆臂电动左右摆动 3. 摆臂电动上下升降 ▲ 4. 组合台尺寸：因场地限制长度不能超过 1800MM ▲ 5. 工作台面尺可根据实际场地定制 ▲ 6. 摆臂升降行程：120mm ▲ 7. 椅子升降行程：160mm 8. 功率：120VA; 适用电压：~220V / 50Hz 二、全自动牛眼 测量范围 ▲ 球镜度 -测量范围 -29.0D ~ +26D; 步长: 0.25D、1D ▲ 柱镜度 0D ~ 9.75D; 步长: 0.25D、1D ▲ 柱镜轴位：测量范围 0° ~ 180°，步长: 1° 棱镜度 测量范围 0° ~ 10△, 步长: 1△ ▲ 棱镜基底 0° ~ 360°，步长: 1°、5°。 棱镜基底可选择水平或垂直标注

序号	项目	数量	规格及技术参数
			瞳距 48mm~80mm(远用)/49mm-75mm 三、投影仪视力表 ▲工作距离 P: 2.0m-5.0m ▲放大倍数 P: 30x(at 5m) ▲图表 Chart: 30 种 ▲转换间隔速度: 0.03s ▲显示: 1open, 5horizontal lines, 8 vertical, lines 21 single letters, 1 red/green 显示间隔时间: 0.03s 自动关机时间: 10minutes idle time
3	裂隙灯	1 套	▲1. 显微镜类型: 伽利略平行夹角式 ▲2. 变倍方式: 转鼓式 5 级变倍; ▲3. 目镜: 12.5×; ▲4. 总放大倍率及对应视场 (mm): 6× (φ 33) 10× (φ 22.5)、16× (φ 14)、25× (φ 8.8) 40× (φ 5.5) 5. 瞳距调节范围 (mm): 50~82; 6. 屈光度调节范围: ±7D; ▲7. 裂隙宽度 (mm): 0~14 连续可调 (14mm 时裂隙呈圆形); ▲8. 裂隙高度 (mm): 1~14 连续可调; 9. 裂隙角度: 0~180° 旋转, 垂直到水平方向连续可调; 10. 裂隙倾斜度: 5°、10°、15°、20° 四档可调; 11. 可变光斑直径: φ 14、φ 10、φ 5、φ 3、φ 2、φ 1、φ 0.2 12. 滤色片: 隔热片、减光片、无赤片、钴兰片; 13. 照明灯泡: 12V/50W 卤钨灯泡; 14. 电动升降台

附件 2：报价表

序号	项目	数量	单价	总价
1	自动电脑验光曲率仪	1 套		
2	全自动综合验光仪系统	1 套		
3	裂隙灯	1 套		
总计：				人民币大写

备注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件，视为废标。
3. 报价表需要加盖公章，未加盖公章视为废标。

附件 3：评分细则

序号	评分因素及权值	分值	评分标准	得分		
1	投标报价 (30 分)	30 分	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) * 价格权重 * 100%			
2	技术部分 (45 分)	技术参数 (30 分)	有效投标人的起评分为 30 分。 带▲号参数为重要参数条款，重要技术参数达不到招标文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除 1.5 分，扣完为止。 非▲号技术参数为一般技术参数条款，一般性技术参数达不到招标文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除 1 分，扣完为止。			
		实施方案 (5 分)	根据各供应商针对本项目提供的各项详细项目实施方案（包括项目建设、项目验收、培训计划等）的可行性、细致程度、具体程度等进行评审： 方案具体详细，合理性、可操作性强，得 5 分； 方案较具体详细，合理性、可操作性较强，得 3 分； 方案整体较差，合理性、可操作性不高的，得 2 分； 无提供相应内容，得 0 分。			
		安全和产品质量承诺书 (5 分)	投标人须提供安全和产品质量承诺书（格式自拟）（其中须承诺在实际履约过程中如出现违反承诺的，采购人可直接终止合作）并加盖公章的得 5 分，否则不得分。			
		整体技术方案 (5 分)	整体技术方案根据结构是否全面、合理，条理是否准确、清晰，格式和内容是否规范等按优得 5 分、良得 3 分差得 1 分评价；无提供相应内容描述不得分。			
3	商务部分 (25 分)	投标文件质量 (2 分)	1、投标文件不按招标文件中规定的投标文件节点内容填写的扣 40%； 2、投标文件有缺漏项未导致实质性偏离的扣 20%； 3、投标文件资料扫描不清晰的扣 20%； 4、投标文件编排混乱的扣 20%； 无以上情况本项得 100%			
		售后服务能力 (5 分)	供应商提供的售后服务方案，详细具体，具有针对性、完整、保证度高、24 小时内及时响应，厂商实施团队核心人员不少于 4 人，附核心售后人员上岗证。 优得 5 分、良得 3 分差得 1 分，未提供证书不得分。			
		售后服务方案 (5 分)	根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于：技术培训、售后服务方式、售后服务团队、售后服务计划等方面）进行综合评审：方案完整、科学、可行性高、针对性强的计 5 分，方案有缺漏项、欠合理、不明确、不全面，描述不到位、不清晰的每处扣 1 分，扣完为止；未提供不计分。			

		企业诚信 (5分)	1. 评审内容： 根据深圳市财政委员会政府采购诚信管理相关规定，对投标人被记录诚信档案的情况进行评审；（对于受过行政处罚供应商，行政处罚期满后，可参与政府采购活动，其诚信分不再扣减。）存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。 2. 证明文件： 须提供《诚信承诺函》，如若投标人承诺与实际情况不相符，将按照虚假投标的情况报相关主管部门处理。			
		售后场所 (5分)	在深圳或龙岗有法定办公地址或售后地址的得5分或承诺中标后设立固定服务场所的得3分，没有得1分。			
		同类业绩 (3分)	投标人提供同类成功案例，提供相关合同复印件，每个合同得1分，最高得3分。			
	合计	100分				